Local do Arquivo: *C:\Users\Rafael\Desktop\LIVROS PARA FAZER\AMYRIS - BARRA BONITA\CG-*

Mostrar Todas a

Preparar para Im

All

- \- + **Ordem de Serviço** - *Preenchimento de Dados*
- \- + **FLIN** - *Exatidão da Taxa de Fluxo de Gases do Injetor*
- \- + **FLFI** - *Exatidão da Taxa de Fluxo de Gases do Detector FID*
- \- + **PRSP** - *Exatidão da Pressão do Injetor Split - Splitless*
- \- + **TEFO** - *Exatidão da Temperatura do Forno de Colunas*
- \- + **TEIN** - *Exatidão da Temperatura do Injetor*
- \- + **PCIN** - *Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção*
- \- + **LDFI** - *Linearidade do Detector de Ionização por Chama (FID)*
- \- + **FLHS** – *Exatidão da Taxa de Fluxo de Gás de Arraste do Injetor HeadSpace*
- \- + **TEHS** - *Exatidão da Temperatura do Injetor HeadSpace*
- \- + **PCHS** - *Precisão e Contaminação Cruzada do Sistema de Injeção HeadSpace*
- \- + **LIHS** - *Linearidade do Injetor HeadSpace*
- \- + **FLTC** - *Exatidão da Taxa de Fluxo de Gás Make-up do Detector TCD*
- \- + **FLEC** - *Exatidão da Taxa de Fluxo de Gás Make-up do Detector µECD*
- \- + **LDTC** - *Linearidade do Detector por Condutividade Térmica (TCD)*
- \- + **LDEC** - *Linearidade do Detector por Micro-Captura de Elétron µECD*

02

as Tabs

pressão

Revisão: 1.02

Data: 06/10/2021

Histórico

Rev. 1.00 20/05/2021

Rev. 1.01 04/08/2021

Rev. 1.02 06/10/2021