

Sinais On-line
Por unidade
Agilent 8890
Sinal Posterior
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Zoom livre
DESVIO DE LINHA BAS4E 20 MIN DE 5,08pA A 5,24pA
TOTALIZANDO O,16pA
Seleção de Sinal
pA
5,34
5,32
5,30
5,28
5,26
5,24
5,22
5,20
5,18
5,16
5,14
5,12
5,10
5,08
5,06
5,04
5,02
5,00
4,98
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Teste PCIN - Detector FID [redacted]

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-08-13-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN BR_01 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-10 13:09:46-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	




Teste PCIN - Detector FID [redacted]

Agilent

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-11-50-03-00-02.dx
Nome da amostra: PCIN PC_1 BACK
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:13:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: RTX-5
Série #:



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0453	25,9720	61,336	1,2383
0,887		0,0358	195,5430	373,036	9,3232
1,104		0,0757	1875,8698	2661,233	89,4385
		Soma	**2097,3848**		


Teste PCIN - Detector FID

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-15-04-03-00-03.dx
Nome da amostra:	PCIN PC_2 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:16:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0455	25,9449	61,095	1,2412
0,887		0,0373	195,0142	372,082	9,3291
1,104		0,0703	1869,4227	2642,490	89,4297
		Soma	**2090,3817**		


Teste PCIN - Detector FID

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-18-20-03-00-04.dx
Nome da amostra:	PCIN PC_3 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:19:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,745		0,0380	25,3943	59,448	1,2447
0,887		0,0377	190,4429	361,849	9,3344
1,104		0,0715	1824,3906	2575,221	89,4209
		Soma	**2040,2277**		


Teste PCIN - Detector FID

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-21-38-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN BR_02 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-10 13:22:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	




Teste PCIN - Detector FID

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-24-54-03-00-06.dx
Nome da amostra:	PCIN PC_4 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:26:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	




Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,745		0,0450	25,5185	59,810	1,2417
0,887		0,0353	191,6226	364,230	9,3242
1,104		0,0722	1837,9773	2587,871	89,4341
		Soma	**2055,1184**		

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-28-10-03-00-07.dx
Nome da amostra: PCIN PC_5 BACK
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:29:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: RTX-5
Série #:



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0367	25,8492	61,134	1,2338
0,887		0,0362	195,0909	373,657	9,3117
1,104		0,0778	1874,1805	2640,280	89,4545
		Soma	**2095,1206**		

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-31-25-03-00-08.dx


Nome da amostra: PCIN PC_6 BACK

Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:32:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: RTX-5

Série #:



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0303	25,6434	60,587	1,2401
0,887		0,0373	192,7865	368,944	9,3230
1,104		0,0738	1849,4206	2604,064	89,4369
		Soma	**2067,8505**		


Teste PCIN - Detector FID [redacted]

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-34-41-03-00-09.dx
Nome da amostra:	PCIN BR_03 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-10 13:35:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	




Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-37-57-03-00-10.dx
Nome da amostra:	LDFI_1 BACK
Descrição:	

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:39:09-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	RTX-5
Série #:	



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0370	25,9066	62,079	1,2329
0,887		0,0358	195,5635	377,564	9,3071
1,104		0,0739	1879,7631	2672,660	89,4600
		Soma	**2101,2333**		

Teste PCIN - Detector FID

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-41-13-03-00-11.dx
Nome da amostra: LDFI_2 BACK
Descrição:

Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:42:25-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: RTX-5
Série #:



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0447	25,9536	61,562	1,2357
0,887		0,0344	195,6239	374,342	9,3138
1,104		0,0717	1878,7784	2657,138	89,4505
		Soma	**2100,3559**		

Teste PCIN - Detector FID [redacted]

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG 02\9. Setembro\Sem Título20241010 10105720241010 130758.rslt\2024-10-10 13-44-28-03-00-12.dx
Nome da amostra: LDFI_3 BACK
Descrição:


Instrumento:	GC02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-10 13:45:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK BACK-2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração PCIN 2024 PN.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-10 14:40:44-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: RTX-5
Série #:



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
0,744		0,0387	25,9363	61,742	1,2370
0,887		0,0364	195,2863	373,608	9,3139
1,104		0,0732	1875,4854	2662,400	89,4490
		Soma	**2096,7080**		


Sinais On-line
Por unidade
Agilent 8890
Sinal Posterior
Sinal Frontal
Sinal Posterior
Zoom livre
RUÍDO DE 5,185pA A 5,170pA
TOTALIZANDO 0,015pA
Seleção de Sinal
pA
5,205
5,200
5,195
5,190
5,185
5,180
5,175
5,170
5,165
5,160
5,155
5,150
5,145
5,140
5,135
5,130
14,4
14,6
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,2
16,4
16,6
16,8
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,2
18,4