
Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\EDUV20241014 162826.dx
Nome da amostra:	EDUV
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01
Localização:	P2-A1
Data da injeção:	2024-10-14 16:29:26-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
EDUV	Cafeína	1,118	256,9863	66,946		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\EDUV20241014 162826.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A1
Data da injeção:	2024-10-14 16:29:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2023-02-14 14:18:27-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
EDUV		1,118	256,9863	66,946		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\Branco 0120241014 163229.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-14 16:33:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\PCIN 0120241014 163632.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-10-14 16:37:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
PCIN 01	Cafeína	1,117	758,4586	200,901		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\PCIN 0220241014 164036.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-10-14 16:41:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
PCIN 02	Cafeína	1,117	759,3969	201,523		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\PCIN 0320241014 164439.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-10-14 16:45:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
PCIN 03	Cafeína	1,117	758,2042	201,858		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\Branco 0220241014 164842.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-14 16:49:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\PCIN 0420241014 165245.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-10-14 16:53:45-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
PCIN 04	Cafeína	1,111	759,1897	201,946		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\PCIN 0520241014 165649.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A3
Data da injeção:	2024-10-14 16:57:49-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
PCIN 05	Cafeína	1,115	759,2797	201,617		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\PCIN 0620241014 170052.dx
Nome da amostra:	PCIN 06
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01
Localização:	P2-A3
Data da injeção:	2024-10-14 17:01:52-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
PCIN 06	Cafeína	1,115	759,4778	201,479		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\Branco 0320241014 170455.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-14 17:05:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LDUV 0120241014 170858.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A4
Data da injeção:	2024-10-14 17:09:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LDUV 0220241014 171301.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A5
Data da injeção:	2024-10-14 17:14:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LDUV 02	Cafeína	1,114	256,9857	67,544		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LDUV 0320241014 171705.dx
Nome da amostra:	LDUV 03
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01
Localização:	P2-A6
Data da injeção:	2024-10-14 17:18:05-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LDUV 03	Cafeína	1,114	508,3005	134,712		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LDUV 0420241014 172108.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A7
Data da injeção:	2024-10-14 17:22:08-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LDUV 04	Cafeína	1,115	771,6146	206,568		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LDUV 0520241014 172511.dx
Nome da amostra:	LDUV 05
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01
Localização:	P2-A8
Data da injeção:	2024-10-14 17:26:12-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LDUV 05	Cafeína	1,118	1032,9154	273,610		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\RELB20241014 172914.dx		
Nome da amostra:	RELB		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A9
Data da injeção:	2024-10-14 17:30:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
RELB	Cafeína	1,131	666,8319	177,410	0,0061	28929,83068

Cromatogramas

Modo de exibição Sobreposto



Cromatogramas | Informação da Amostra


Resultados da Injeção

Picos | Resumo

#	Nome	Descrição do sinal	RT (min)	Área (mAU·s)	Altura (mAU)	Tempo inicial (min)	Tempo final (min)	Concentração norm.	Drift	Ruído	S/N
1	Cafeína	DAD1A,Sig=250,4 Ref=	1,131	666,832	177,410	1,049	1,674		-2,79602	0,0061	28929,830

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LIIN 0120241014 175025.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2024-10-14 17:51:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LIIN 01	Cafeína	1,109	6,9676	1,718		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LIIN 0220241014 175426.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2024-10-14 17:55:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	5,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LIIN 02	Cafeína	1,112	383,1510	99,532		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LIIN 0320241014 175823.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2024-10-14 17:59:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	10,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LIIN 03	Cafeína	1,122	761,8876	200,796		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LIIN 0420241014 180225.dx
Nome da amostra:	LIIN 04
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01
Localização:	P2-A10
Data da injeção:	2024-10-14 18:03:30-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx
Volume de injeção:	15,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LIIN 04	Cafeína	1,122	1140,0598	302,859		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\LIIN 0520241014 180633.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A10
Data da injeção:	2024-10-14 18:07:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação.amx	**Volume de injeção:**	20,000 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
LIIN 05	Cafeína	1,129	1521,7802	406,035		

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Qualificação20241014 162820.rslt\Desligar20241014 181044.dx		
Nome da amostra:	Desligar		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-14 18:11:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Desligar.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 13:52:31-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído

Relatório de Injeção Única


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\Gradiente AD20241016 084017.sirslt\Gradiente AD20241016 084017.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-16 08:41:14-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AD.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 09:17:13-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Gradiente AD	20%	2,563	13659,1597	85,734		
Gradiente AD	40%	6,167	28348,2793	169,716		
Gradiente AD	60%	8,586	43857,0954	256,240		
Gradiente AD	80%	12,271	60571,7527	340,740		
Gradiente AD	100%	15,283	83512,8165	426,589		

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Agilent\Results\RebM\2024\1. Janeiro\Gradiente20241015 154644.rslt\Gradiente CD20241015 160747.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	HPLC DAD 01	**Localização:**	P2-A2
Data da injeção:	2024-10-15 16:08:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	*GC_LC Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-16 09:59:35-03:00		



Nome da Amostra	Nome	RT	Área	Altura	Ruído	Sinal-Ruído
Gradiente CD	20%	3,323	13995,7169	85,889		
Gradiente CD	40%	6,243	28805,3996	172,156		
Gradiente CD	60%	9,329	45886,2063	258,597		
Gradiente CD	80%	12,179	59153,9329	344,660		
Gradiente CD	100%	15,257	84623,2063	431,163		