


Cromatogramas
Modo de exibição
por Detector
FID1
PCIN BR_01 FRONT | FID1A
x10 -1
Resposta [pA]
DESVIO DE LINHA BASE DE 8,15pA A 7,95pA
TOTALIZANDO 0,2pA
Tempo de retenção [min]

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-33-25-03-00-10.dx		
Nome da amostra:	LDFI_1 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:34:43-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BB	0,0430	25,8968	55,9116	1,2011	C14
0,891	BB	0,0589	198,0583	356,2133	9,1857	C15
1,111	VB	0,0971	1932,1946	2650,6039	89,6132	C16
		Soma	**2156,1497**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-36-44-03-00-11.dx		
Nome da amostra:	LDFI_2 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:38:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,746	BB	0,0417	25,5934	56,7929	1,2038	C14
0,890	BB	0,0594	195,5421	354,7543	9,1971	C15
1,110	VB	0,1024	1904,9941	2628,9074	89,5992	C16
		Soma	**2126,1296**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-40-05-03-00-12.dx		
Nome da amostra:	LDFI_3 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:41:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,746	BB	0,0423	24,3954	56,5962	1,2198	C14
0,890	BB	0,0610	185,1352	347,9843	9,2567	C15
1,110	VB	0,1097	1790,4783	2514,2303	89,5235	C16
		Soma	**2000,0089**			


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-03-09-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_01 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-15 10:04:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-16-43-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_02 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-15 10:18:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-30-04-03-00-09.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_03 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Branco
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	1
Data da injeção:	2024-10-15 10:31:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		



Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-06-44-03-00-02.dx
Nome da amostra:	PCIN PC_1 FRONT
Descrição:	
Quantidade de amostra:	0,000
Tipo de amostra:	Amostra
Instrumento:	CG-03
Localização:	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:08:00-03:00
Injeção:	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx
Volume de injeção:	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx
Operador de aquis.:	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BB	0,0436	25,8891	54,8490	1,2010	C14
0,891	BB	0,0603	198,0734	351,4373	9,1888	C15
1,111	VB	0,1059	1931,6229	2611,6300	89,6101	C16
		Soma	**2155,5853**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-10-03-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_2 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:11:17-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		



Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BV	0,0446	25,4487	53,1581	1,2021	C14
0,891	BB	0,0587	194,6009	341,8951	9,1921	C15
1,111	VB	0,1011	1896,9854	2550,5756	89,6058	C16
		Soma	**2117,0350**			


Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-13-22-03-00-04.dx

Nome da amostra: PCIN PC_3 FRONT

Descrição:

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:14:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BV	0,0450	25,5909	55,1666	1,2008	C14
0,891	BB	0,0618	195,7898	352,5646	9,1870	C15
1,111	VB	0,1034	1909,7721	2590,6458	89,6122	C16
		Soma	**2131,1527**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-20-02-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_4 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:21:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BB	0,0403	24,9643	49,2388	1,2046	C14
0,891	BB	0,0601	190,6285	322,7269	9,1986	C15
1,111	VB	0,1018	1856,7741	2447,2012	89,5968	C16
		Soma	**2072,3669**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-23-24-03-00-07.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_5 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:24:40-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		




Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BB	0,0407	25,5949	51,1219	1,2007	C14
0,892	BB	0,0595	195,8020	333,4955	9,1856	C15
1,111	VB	0,1029	1910,2327	2551,9226	89,6137	C16
		Soma	**2131,6295**			

Relatório de Injeção Única

Agilent

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024.rslt\2024-10-15 10-26-44-03-00-08.dx		
Nome da amostra:	PCIN PC_6 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	2
Data da injeção:	2024-10-15 10:28:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 11:15:29-03:00		





Sinal: FID1A

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
0,747	BB	0,0403	25,4079	50,3760	1,2033	C14
0,891	BB	0,0596	194,1072	329,3776	9,1930	C15
1,111	VB	0,0985	1891,9582	2527,8665	89,6037	C16
		Soma	**2111,4733**			

Relatório de Injeção Única

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\2024\Results\CG03\QPACK QUAL 2024\CG-03 QUAL FRONT 2024 RUIDO20MIN.rslt\2024-10-15 14-03-27-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	PCIN BR_01 FRONT		
Descrição:			
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Spike
Instrumento:	CG-03	**Localização:**	3
Data da injeção:	2024-10-15 14:04:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	QPACK QUAL 2024.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:	QPACK QUAL 2024 INT.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2024-10-15 14:31:42-03:00		




Cromatogramas
Modo de exibição por Detector
FID1
PCIN BR_01 FRONT | FID1A
x10 -1
8,50
8,45
8,40
8,35
8,30
8,25
8,20
8,15
8,10
8,05
8,00
7,95
7,90
7,85
7,80
7,75
7,70
Resposta [pA]
RUÍDO DE 8,15pA A 8,05pA
TOTALIZANDO 0,1pA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Tempo de retenção [min]