
# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\EDUV 003.sirslt\EDUV 003.dx
**Nome da amostra:** EDUV 003
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A1 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 17:49:14-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-05 17:59:46-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




# Relatório de Injeção Única

Agilent

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\RELB2026-10-05 18-23-34-03-00.dx
**Nome da amostra:** RELB
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A10 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:24:39-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | RELB.amx | **Volume de injeção:** | 20,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,254 | 692,5002 | 175,486 | | | Cafeína |
| **Soma** | **692,5002** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\RELB2026-10-05 18-23-34-03-00.dx
**Nome da amostra:** RELB
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A10 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:24:39-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | RELB.amx | **Volume de injeção:** | 20,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=250,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,254 | 692,5002 | 175,486 | | | Cafeína |
| **Soma** | **692,5002** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\RELB2026-10-05 18-23-34-03-00.dx
**Nome da amostra:** RELB
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A10 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:24:39-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | RELB.amx | **Volume de injeção:** | 20,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,254 | 692,5002 | 175,486 | | | Cafeína |
| **Soma** | **692,5002** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

| | |
|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\RELB2026-10-05 18-23-34-03-00.dx |
| **Nome da amostra:** | RELB |
| **Descrição:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A10 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:24:39-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | RELB.amx | **Volume de injeção:** | 20,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,254 | 692,5002 | 175,486 | | | Cafeína |
| **Soma** | **692,5002** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

| | |
|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\Branco 012026-10-05 18-44-41-03-00.dx |
| **Nome da amostra:** | Branco 01 |
| **Descrição:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A2 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:45:30-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\PCIN 012026-10-05 18-51-33-03-00.dx
**Nome da amostra:** PCIN 01
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A3 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:52:17-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,144 | 783,2070 | 209,502 | | | Cafeína |
| **Soma** | **783,2070** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\PCIN 022026-10-05 18-58-19-03-00.dx
**Nome da amostra:** PCIN 02
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A3 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 18:59:03-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,898 | 782,6803 | 219,952 | | | |
| **Soma** | **782,6803** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\PCIN 032026-10-05 19-05-05-03-00.dx
**Nome da amostra:** PCIN 03
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A3 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 19:05:49-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,960 | 783,2369 | 194,858 | | | |
| **Soma** | **783,2369** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

| | |
|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\Branco 022026-10-05 19-11-51-03-00.dx |
| **Nome da amostra:** | Branco 02 |
| **Descrição:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A2 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 19:12:36-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\PCIN 042026-10-05 19-18-38-03-00.dx
**Nome da amostra:** PCIN 04
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A3 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 19:19:22-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,606 | 781,1090 | 259,989 | | | |
| **Soma** | **781,1090** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\PCIN 052026-10-05 19-25-24-03-00.dx
**Nome da amostra:** PCIN 05
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A3 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 19:26:08-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,137 | 785,2907 | 195,021 | | | Cafeína |
| **Soma** | **785,2907** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\PCIN 062026-10-05 19-32-10-03-00.dx
**Nome da amostra:** PCIN 06
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A3 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 19:32:54-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,822 | 781,7441 | 205,838 | | | |
| **Soma** | **781,7441** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

| | |
|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\Qualificação 002.rslt\Branco 032026-10-05 19-38-56-03-00.dx |
| **Nome da amostra:** | Branco 03 |
| **Descrição:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A2 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-05 19:39:41-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 09:22:09-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LDUV 001.rslt\LDUV 012026-10-06 14-45-14-03-00.dx
**Nome da amostra:** LDUV 01
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A4 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 14:45:58-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:17:01-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LDUV 001.rslt\LDUV 022026-10-06 14-51-00-03-00.dx
**Nome da amostra:** LDUV 02
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A5 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 14:51:43-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:17:01-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,117 | 264,9067 | 99,305 | | | Cafeína |
| **Soma** | **264,9067** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

| | |
|---|---|
| **Arquivo de dados:** | C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LDUV 001.rslt\LDUV 032026-10-06 14-56-46-03-00.dx |
| **Nome da amostra:** | LDUV 03 |
| **Descrição:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A6 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 14:57:29-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:17:01-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,869 | 519,3097 | 210,488 | | | Cafeína |
| **Soma** | **519,3097** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LDUV 001.rslt\LDUV 042026-10-06 15-02-31-03-00.dx
**Nome da amostra:** LDUV 04
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A7 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:03:14-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:17:01-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,027 | 784,2823 | 321,460 | | | Cafeína |
| **Soma** | **784,2823** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LDUV 001.rslt\LDUV 052026-10-06 15-08-17-03-00.dx
**Nome da amostra:** LDUV 05
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A8 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:09:00-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:17:01-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,897 | 1046,1198 | 188,174 | | | Cafeína |
| **Soma** | **1046,1198** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LIIN 001.rslt\LIIN 012026-10-06 15-14-33-03-00.dx
**Nome da amostra:** LIIN 01
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A9 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:15:14-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 0,100 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:44:42-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,149 | 7,7179 | 2,419 | | | |
| **Soma** | **7,7179** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LIIN 001.rslt\LIIN 022026-10-06 15-20-17-03-00.dx
**Nome da amostra:** LIIN 02
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A9 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:20:55-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 5,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:44:42-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,662 | 403,3792 | 193,744 | | | Cafeína |
| **Soma** | **403,3792** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LIIN 001.rslt\LIIN 032026-10-06 15-25-59-03-00.dx
**Nome da amostra:** LIIN 03
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A9 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:26:41-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 10,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:44:42-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,986 | 776,0849 | 188,276 | | | Cafeína |
| **Soma** | **776,0849** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LIIN 001.rslt\LIIN 042026-10-06 15-31-43-03-00.dx
**Nome da amostra:** LIIN 04
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A9 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:32:28-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 15,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:44:42-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,051 | 1168,4451 | 390,657 | | | Cafeína |
| **Soma** | **1168,4451** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\LIIN 001.rslt\LIIN 052026-10-06 15-37-31-03-00.dx
**Nome da amostra:** LIIN 05
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | P1-A9 |
| **Data da injeção:** | 2026-10-06 15:38:19-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Qualificação.amx | **Volume de injeção:** | 20,000 µL |
| **Método de análise:** | *Cafeína QPack.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-06 15:44:42-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,024 | 1559,8515 | 520,081 | | | Cafeína |
| **Soma** | **1559,8515** | | | | |


# Relatório de Injeção Única

Agilent

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\GRAD AB 008.sirslt\GRAD AB 008.dx
**Nome da amostra:** GRAD AB 008
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | |
| **Data da injeção:** | 2026-10-07 10:46:54-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Gradiente AB.amx | **Volume de injeção:** | 0,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-07 11:12:21-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,865 | 7236,2084 | 52,287 | | | 20% |
| 6,967 | 16964,0100 | 105,603 | | | 40% |
| 9,679 | 26608,6989 | 158,928 | | | 60% |
| 12,845 | 36473,7561 | 212,274 | | | 80% |
| 16,025 | 55877,9145 | 266,779 | | | 100% |
| **Soma** | **143160,5878** | | | | |

# Relatório de Injeção Única

**Arquivo de dados:** C:\CDSProjects\Qualificação\Results\2026\GRAD CD 005.sirslt\GRAD CD 005.dx
**Nome da amostra:** GRAD CD 005
**Descrição:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Instrumento:** | HPLC DAD 01 | **Localização:** | |
| **Data da injeção:** | 2026-10-07 11:35:07-03:00 | **Injeção:** | 1 de 1 |
| **Método de aquis.:** | Gradiente CD.amx | **Volume de injeção:** | 0,000 |
| **Método de análise:** | *GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx | **Operador de aquis.:** | SYSTEM (SYSTEM) |
| **Última alteração:** | 2026-10-07 11:59:23-03:00 | | |
| **Quantidade de amostra:** | 0,000 | **Tipo de amostra:** | Amostra |
| **Multiplicador:** | 1 | **Diluição:** | 1 |
| **Dados de calib. modificados:** | | **ID de LIMS:** | |

**Nome da Coluna:**
**Série #:**




**Sinal:** DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

| RT [min] | Área | Altura | Sinal-Ruído | Ruído | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,814 | 8157,9611 | 53,458 | | | 20% |
| 6,854 | 17715,7241 | 106,668 | | | 40% |
| 9,929 | 28095,7824 | 160,134 | | | 60% |
| 12,348 | 37286,2212 | 212,987 | | | 80% |
| 16,215 | 53303,1165 | 267,918 | | | 100% |
| **Soma** | **144558,8053** | | | | |