
Certificado Nº: 459/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/10/2026	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**175,4860**




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Sinal-Ruído	Ruído	Nome
5,254	692,5002	175,486			Cafeína

Certificado Nº: 459/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/10/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**0,1910**
VALOR MÍNIMO:	**0,1550**
	0,0360



Certificado Nº: 459/26 -RELB	Início da Qualificação: 05/10/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,3000	0,9000
VALOR MÍNIMO:	0,0000	
Resultado:	0,3000	

