
Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\LDFI_BACK.rslt\2026-10-07 18-35-30-03-00-01.dx
Nome da amostra:	LDFI 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 18:37:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:41:52-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,0937	172,5578	125,036	1,4714
3,669	C15 - Pentadecano	0,1995	1075,7564	563,019	9,1729
5,342	C16 - Hexadecano	0,2570	10479,1955	1902,997	89,3557
		Soma	**11727,5097**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\LDFI_FRONT.rslt\2026-10-07 13-47-59-03-00-01.dx
Nome da amostra:	LDFI 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 13:48:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,437	C14 - Tetradecano	0,1667	172,0569	94,969	1,4658
4,689	C15 - Pentadecano	0,2668	1074,4154	440,159	9,1534
6,831	C16 - Hexadecano	0,3238	10491,3736	1534,986	89,3807
		Soma	**11737,8460**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\LDFI_BACK.rslt\2026-10-07 18-44-15-03-00-02.dx
Nome da amostra: LDFI 2
Descrição:

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 18:45:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:41:52-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,690	C14 - Tetradecano	0,1334	172,7375	123,186	1,4726
3,669	C15 - Pentadecano	0,1989	1076,4194	558,469	9,1766
5,341	C16 - Hexadecano	0,2587	10480,9026	1904,867	89,3508
		Soma	**11730,0595**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\LDFI_FRONT.rslt\2026-10-07 13-56-24-03-00-02.dx
Nome da amostra:	LDFI 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 13:57:22-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,436	C14 - Tetradecano	0,1584	171,3699	96,100	1,4662
4,688	C15 - Pentadecano	0,2567	1069,9501	440,689	9,1541
6,829	C16 - Hexadecano	0,3192	10446,8668	1535,116	89,3797
		Soma	**11688,1868**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\LDFI_BACK.rslt\2026-10-07 18-52-53-03-00-03.dx
Nome da amostra: LDFI 3
Descrição:

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 18:54:31-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:41:52-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms
Série #:



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,1193	175,6160	124,919	1,4714
3,669	C15 - Pentadecano	0,1925	1095,1018	567,023	9,1751
5,343	C16 - Hexadecano	0,2580	10664,8973	1925,221	89,3536
		Soma	**11935,6150**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\LDFI_FRONT.rslt\2026-10-07 14-04-57-03-00-03.dx
Nome da amostra:	LDFI 3
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 14:05:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,437	C14 - Tetradecano	0,1320	172,0703	95,223	1,4646
4,689	C15 - Pentadecano	0,2590	1074,8684	437,498	9,1489
6,831	C16 - Hexadecano	0,3207	10501,6735	1536,714	89,3865
		Soma	**11748,6123**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 17-25-53-03-00-02.dx
Nome da amostra:	PCIN 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 17:27:27-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,1430	172,1235	120,124	1,4836
3,668	C15 - Pentadecano	0,1989	1063,3885	543,091	9,1661
5,340	C16 - Hexadecano	0,2553	10365,8481	1901,146	89,3503
		Soma	**11601,3601**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 12-39-45-03-00-02.dx
Nome da amostra:	PCIN 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 12:40:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,437	C14 - Tetradecano	0,1429	171,1404	92,532	1,4630
4,690	C15 - Pentadecano	0,2724	1069,8061	429,423	9,1454
6,830	C16 - Hexadecano	0,3267	10456,8175	1528,676	89,3916
		Soma	**11697,7640**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 17-34-29-03-00-03.dx
Nome da amostra:	PCIN 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 17:36:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,0979	172,2892	121,907	1,4708
3,668	C15 - Pentadecano	0,2064	1074,3089	552,994	9,1711
5,341	C16 - Hexadecano	0,2570	10467,4511	1913,990	89,3581
		Soma	**11714,0491**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 12-48-14-03-00-03.dx
Nome da amostra:	PCIN 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 12:49:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,438	C14 - Tetradecano	0,1377	170,8757	94,095	1,4652
4,690	C15 - Pentadecano	0,2578	1067,4830	433,647	9,1535
6,831	C16 - Hexadecano	0,3205	10423,6562	1529,181	89,3813
		Soma	**11662,0148**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 17-43-15-03-00-04.dx
Nome da amostra:	PCIN 3
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 17:44:55-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,1323	172,7279	122,706	1,4719
3,668	C15 - Pentadecano	0,1375	1076,0085	554,743	9,1694
5,341	C16 - Hexadecano	0,2566	10486,0925	1912,423	89,3587
		Soma	**11734,8289**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 12-56-44-03-00-04.dx
Nome da amostra:	PCIN 3
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 12:57:42-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,433	C14 - Tetradecano	0,1676	173,4778	92,505	1,4667
4,685	C15 - Pentadecano	0,2619	1083,5318	436,152	9,1609
6,831	C16 - Hexadecano	0,3216	10570,7433	1555,173	89,3724
		Soma	**11827,7529**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados: C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 18-00-39-03-00-06.dx


Nome da amostra: PCIN 4

Descrição:

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 18:02:16-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna: DB-5ms

Série #:



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,1207	173,1455	123,152	1,4716
3,668	C15 - Pentadecano	0,2002	1079,3931	556,411	9,1740
5,341	C16 - Hexadecano	0,2559	10513,2705	1921,293	89,3544
		Soma	**11765,8091**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 13-13-44-03-00-06.dx
Nome da amostra:	PCIN 4
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 13:14:41-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,434	C14 - Tetradecano	0,1304	173,8840	98,129	1,4686
4,687	C15 - Pentadecano	0,2540	1084,3113	446,566	9,1581
6,830	C16 - Hexadecano	0,3257	10581,7142	1550,302	89,3733
		Soma	**11839,9095**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 18-09-21-03-00-07.dx
Nome da amostra:	PCIN 5
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 18:10:58-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	



Sinal: FID1B

RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,1153	173,0615	123,327	1,4720
3,669	C15 - Pentadecano	0,1965	1078,5778	558,303	9,1740
5,342	C16 - Hexadecano	0,2560	10505,1977	1931,149	89,3539
		Soma	**11756,8370**		


Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 13-22-14-03-00-07.dx
Nome da amostra:	PCIN 5
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 13:23:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,434	C14 - Tetradecano	0,1417	174,3948	100,534	1,4701
4,687	C15 - Pentadecano	0,2562	1087,4952	454,224	9,1674
6,831	C16 - Hexadecano	0,3278	10600,7025	1538,402	89,3624
		Soma	**11862,5925**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 18-18-01-03-00-08.dx
Nome da amostra:	PCIN 6
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 18:19:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	



Sinal: FID1B


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
2,691	C14 - Tetradecano	0,1251	174,7374	124,277	1,4718
3,669	C15 - Pentadecano	0,1921	1089,0779	560,990	9,1731
5,342	C16 - Hexadecano	0,2580	10608,7168	1943,546	89,3551
		Soma	**11872,5321**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 13-30-55-03-00-08.dx
Nome da amostra:	PCIN 6
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	2
Data da injeção:	2026-10-07 13:31:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	



Sinal: FID2A


RT [min]	Nome	Largura [min]	Área	Altura	Área%
3,437	C14 - Tetradecano	0,1327	171,7770	96,135	1,4661
4,690	C15 - Pentadecano	0,2674	1072,7343	439,099	9,1558
6,831	C16 - Hexadecano	0,3221	10471,8756	1534,510	89,3780
		Soma	**11716,3869**		

Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 17-17-01-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-07 17:18:48-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	




Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 12-31-17-03-00-01.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 1
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-07 12:32:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	




Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 17-52-01-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-07 17:53:34-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	




Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 13-05-14-03-00-05.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 2
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-07 13:06:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	




Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_BACK.rslt\2026-10-07 18-26-43-03-00-09.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 3
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-07 18:28:23-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação BACK.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	*Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-08 09:20:18-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-5ms
Série #:	





Qualificação QPack

Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\PCIN_FRONT.rslt\2026-10-07 13-39-25-03-00-09.dx
Nome da amostra:	PCIN BRANCO 3
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	1
Data da injeção:	2026-10-07 13:40:21-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação FRONT.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:	Integração_QPACK_2026.pmx	**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:	2026-10-05 17:50:00-03:00		
Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	




Cromatogramas
Modo de exibição Separado
RELB -BACK | FID1B | 2026-10-07 19-01-39-03-00-01.dx
Desvio da linha de base a 20min
2,59pA - 2,434pA = 0,156pA
Resposta [pA]
Tempo de retenção [min]


Qualificação QPack


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\RELB_BACK.rslt\2026-10-07 19-01-39-03-00-01.dx
Nome da amostra:	RELB -BACK
Descrição:	


Instrumento:	GC-02	**Localização:**	3
Data da injeção:	2026-10-07 19:04:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação_RELB_BACK.amx	**Volume de injeção:**	0,100 µL
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	DB-1
Série #:	




Cromatogramas
Modo de exibição
Separado
RELB -BACK | FID1B | 2026-10-07 19-01-39-03-00-01.dx
Cálculo Ruído
2,4850pA - 2,4824pA = 0,0026pA
Resposta [pA]
Tempo de retenção [min]


Cromatogramas
Modo de exibição Separado
RELB -FRONT | FID2A | 2026-10-07 14-13-29-03-00-01.dx
Desvio da linha de base a 20min
2,450pA - 2,361pA = 0,089pA
Resposta [pA]
Tempo de retenção [min]


Qualificação QPack


Arquivo de dados:	C:\CDSProjects\Project 2026 - GC\Results\OQ_QPACK_2026\RELB_FRONT.rslt\2026-10-07 14-13-29-03-00-01.dx
Nome da amostra:	RELB -FRONT
Descrição:	

Instrumento:	GC-02	**Localização:**	3
Data da injeção:	2026-10-07 14:15:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificação_RELB.amx	**Volume de injeção:**	1,000 µL
Método de análise:		**Operador de aquis.:**	SYSTEM (SYSTEM)
Última alteração:			

Quantidade de amostra:	0,000	**Tipo de amostra:**	Amostra
Multiplicador:	1	**Diluição:**	1
Dados de calib. modificados:		**ID de LIMS:**	

Nome da Coluna:	HP-1
Série #:	




Cromatogramas
Modo de exibição Separado
RELB -FRONT | FID2A | 2026-10-07 14-13-29-03-00-01.dx
Cálculo Ruído
2,3768pA - 2,3715pA = 0,0053pA
Resposta [pA]
Tempo de retenção [min]