
Certificado Nº: 411/24 -RELB	Início da Qualificação: 11/09/2024	Página 1 de 3

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**90,3680**

Chromatogram




Integration Results

No.	Peak Name	Retention Time min	Area mAU*min	Height mAU	Relative Area %	Relative Height %	Amount
1	Cafeína	2,607	10,248	90,368	97,50	99,38	n.a.
2		12,873	0,262	0,565	2,50	0,62	n.a.
Total:			**10,510**	**90,934**	**100,00**	**100,00**	

Certificado Nº: 411/24 -RELB	Início da Qualificação: 11/09/2024	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	**-0,0150**
VALOR MÍNIMO:	**-0,0400**
	Ruído
	0,0250



Certificado Nº: 411/24 -RELB	Início da Qualificação: 11/09/2024	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	**0,0250**	**0,3750**
VALOR MÍNIMO:	**-0,1000**	
Resultado:	**0,1250**	

