Certificado Nº:470/26 - RELB	Início da Qualificação: 24/10/2026	Página 1 de 3	


Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**145,4500**

Qualificação QPACK

Agilent

Arquivo de dados:	2026-10-24 16-47-42-03-00-01.dx		
Nome da Sequência:	RELB	**Nome do Projeto:**	Heparina Identidade Cromatográfica
Nome da amostra:	RELB	**Operador:**	Vanessa Capelin
Instrumento:	CRO_0003	**Data da injeção:**	2026-10-24 16:48:39-03:00
Volume de injeção:	20,000 µL	**Localização:**	P1-B1
Método de aquisição:	OQ_QPACK_RELB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*CAFEINA_PROC.pmx	**Quantidade de amostra:**	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Sinal: DAD1A,Sig=250,1 Ref=off


Nome	RT [min]	Área	Altura	Área%
CAFEINA	0,980	657,72	145,45	100,00
	Soma	**657,72**		

Rua Ema Gazzi Magnusson, 138 - Comercial vitória Martini - Indaiatuba / SP - CEP: 13347-630
www.qpack.com.br - Fone: +55 (19) 2660-111

Certificado Nº: 470/26 - RELB	Início da Qualificação: 24/10/2026	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	3,2100
VALOR MÍNIMO:	3,1750
	Ruído
	0,0350



Certificado Nº:470/26 - RELB	Início da Qualificação: 24/10/2026	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	1,7500	3,0000
VALOR MÍNIMO:	0,7500	
Resultado:	1,0000	

