
Certificado Nº: 472/25 -RELB	Início da Qualificação: 14/10/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico

	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	**176,3910**




Nome	RT [min]	Área	Pico Altura	Concentração []
Cafeína	1,365	744,1432	176,391	

Certificado Nº: 472/25 -RELB	Início da Qualificação: 14/10/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,0460
VALOR MÍNIMO:	-0,0540
	Ruído
	0,0080



Certificado Nº: 472/25 -RELB	Início da Qualificação: 14/10/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,0000	0,3000
VALOR MÍNIMO:	-0,1000	
Resultado:	0,1000	

