
Certificado Nº: 474/25 -RELB	Início da Qualificação: 16/10/2025	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico


	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	186,6000



Certificado Nº: 474/25 -RELB	Início da Qualificação: 16/10/2025	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	-0,1600
VALOR MÍNIMO:	-0,1900
	Ruído
	0,0300



Certificado Nº: 474/25 -RELB	Início da Qualificação: 16/10/2025	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	-0,1700	0,6600
VALOR MÍNIMO:	-0,3900	
Resultado:	0,2200	

