Jorge Amaral | QPack

De: Danilo | QPack <danilo@qpack.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 18 de agosto de 2023 11:01
Para: 'Gabriela da Silva'; 'Odair Liorci'; 'Jaqueline Aulicino | QPack'
Cc: 'Vinicius Figueiredo | QPack'; 'Michael - QPack'; 'Qpack'; 'Jorge Amaral | QPack'; rodolfo@qpack.com.br; rafael@qpack.com.br
Assunto: RES: Parâmetros para os Testes de Qualificação HPLC

Bom dia Gabriela,

Perfeito e obrigado pelas informações abaixo.
Já estou copiando nossa equipe técnica para estarem ciente da nova parametrização a ser realizada durante a qualificação dos equipamentos.

Tendo qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês.

Atenciosamente,



De: Gabriela da Silva <labinstrumental@ifal.com.br>
Enviada em: sexta-feira, 18 de agosto de 2023 10:43
Para: Danilo Melo | QPack <danilo@qpack.com.br>; Odair Liorci <vendas1@qpack.com.br>
Assunto: Parâmetros para os Testes de Qualificação HPLC

Bom dia.
Como havia falado mais cedo com o Danilo pelo telefone, dei uma nova avaliada nos parâmetros juntamente com nossas análises de rotina e desenvolvimentos, e cheguei aos seguintes:

Fluxo da Fase Móvel
* 0,5 mL/min
* 1,0 mL/min
* **1,7 mL/min**

Temperatura do Forno

* **25°C**
* 30°C
* 40°C

Volumes de Injeção
* 0 uL
* 10 uL
* 15 uL
* 20 uL
* **30 uL**

Comprimento de Onda
Conforme foi conversado, conservamos os mesmos já indicados (205 nm, 245 nm e 273 nm).

Peço que verifique a possibilidade destas mudanças para serem aplicadas para ambos equipamentos. Qualquer impossibilidade posso reavaliar algum parâmetro novamente.
Atte.
--

IFAL
www.ifal.com.br
Gabriela Teixeira
Analista Controle de Qualidade
labinstrumental@ifal.com.br
Av. José Loureiro da Silva, 1211 - Camaquã/RS | (51) 2127.0333 / (51) 2127.0334 / (51) 99671.5040