
Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	EDUV		
Arquivo de dados:	EDUV.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-22 08:59:13-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1-A1
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*3D UV Quantitativo_DefaultMethod.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
cafeina	1,10	BB	253,370	27,789		

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	Branco 01		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-19-36-03-00-02.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:20:26-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A2
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	2,305	0,308		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.3			4.646

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 01		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-22-29-03-00-03.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:23:18-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A3
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,09	BBA	772,328	100,251		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		100.1			-7488

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 02		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-25-23-03-00-04.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:26:11-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A3
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	771,891	101,188		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		101.3			-7456

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 03		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-28-15-03-00-05.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:29:04-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A3
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	772,714	101,724		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		102.1			-7453

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	Branco 02		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-31-08-03-00-06.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:31:57-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A2
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	2,670	0,364		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.3458			1.572

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 04		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-34-01-03-00-07.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:34:49-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A3
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BBA	774,215	102,352		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		103.1			-7472

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN 05		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-36-53-03-00-08.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:37:41-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A3
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	772,095	102,547		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		101.8			-7573

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	PCIN06		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-39-45-03-00-09.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:40:33-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A3
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	774,307	103,073		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		104.1			-7447

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	Branco 03		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-42-37-03-00-10.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:43:26-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A2
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	3,007	0,390		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.3699			-5.028

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 01		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-45-30-03-00-11.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:46:19-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A4
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BBA	2,903	0,344		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.3591			-26.33

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 02		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-48-22-03-00-12.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:49:09-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A5
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	294,418	38,931		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		38.82			-2926

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 03		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-51-14-03-00-13.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:52:00-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A6
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BB	529,222	70,049		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		70.11			-5129

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 04		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-54-05-03-00-14.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:54:51-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A7
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BBA	793,636	105,301		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		105.2			-7891

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LDUV 05		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-56-56-03-00-15.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 15:57:43-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A8
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BBA	1045,609	139,760		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		140.4			-1.014E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 01		
Arquivo de dados:	2023-11-21 15-59-47-03-00-16.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:00:32-03:00
Volume de Inj.:	0,000 µL	**Localização:**	P1 - A9
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,09	BB	2,975	0,350		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		0.3135			-19.47

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 02		
Arquivo de dados:	2023-11-21 16-02-36-03-00-17.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:03:22-03:00
Volume de Inj.:	10,000 µL	**Localização:**	P1 - A9
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,10	BBA	775,745	104,192		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		104.3			-7577

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 03		
Arquivo de dados:	2023-11-21 16-05-26-03-00-18.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:06:16-03:00
Volume de Inj.:	15,000 µL	**Localização:**	P1 - A9
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,11	BB	1168,773	157,580		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		163.5			-1.086E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 04		
Arquivo de dados:	2023-11-21 16-08-19-03-00-19.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:09:12-03:00
Volume de Inj.:	20,000 µL	**Localização:**	P1 - A9
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,11	BB	1561,665	211,301		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		221.9			-1.415E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	LIIN 05		
Arquivo de dados:	2023-11-21 16-11-16-03-00-20.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:12:13-03:00
Volume de Inj.:	30,000 µL	**Localização:**	P1 - A9
Método de aquis.:	Qualificação HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,13	BB	2348,610	316,771		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		339			-1.983E+04

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:			
Arquivo de dados:	2023-11-22 10-05-35-03-00-01.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-22 10:06:22-03:00
Volume de Inj.:	0,000 µL	**Localização:**	P1-A2
Método de aquis.:	GRAD AB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
20%	2,71	MM m	8957,729	64,948		
40%	5,51	MM m	17972,241	130,499		
60%	8,70	MM m	35490,887	195,981		
80%	11,28	MM m	36244,546	261,152		
100%	15,25	MM m	77882,227	328,115		

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:			
Arquivo de dados:	2023-11-22 10-47-13-03-00-03.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-22 10:47:56-03:00
Volume de Inj.:	0,000 µL	**Localização:**	P1-A2
Método de aquis.:	GRAD AB.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	GC_LC Área Percentual_DefaultMethod.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Integração Manual		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
20%	2,81	MM m	8950,965	64,615		
40%	5,62	MM m	18048,060	130,042		
60%	8,99	MM m	35820,815	195,744		
80%	11,50	MM m	37028,832	260,992		
100%	15,31	MM m	76411,130	327,926		

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	SNREL		
Arquivo de dados:	2023-11-21 16-14-17-03-00-21.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:15:17-03:00
Volume de Inj.:	20,000 µL	**Localização:**	P1 - A10
Método de aquis.:	SNREL HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,11	BB	692,253	94,653		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		99.37			-6162

Relatório de Injeção Única

Nome da amostra:	SNREL		
Arquivo de dados:	2023-11-21 16-14-17-03-00-21.dx	**Operador:**	QPackSA
Instrumento:	HP02	**Data da injeção:**	2023-11-21 16:15:17-03:00
Volume de Inj.:	20,000 µL	**Localização:**	P1 - A10
Método de aquis.:	SNREL HP02.amx	**Tipo:**	Amostra
Método de processamento:	*Cafeína.pmx	**Nível de Calib.:**	
		Quantidade de amostra:	0,00
Alterado manualmente:	Nenhum		



Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

Nome	RT [min]	Tipo	Área	Altura	Quantidade []	Concentração []
Cafeína	1,11	BB	692,253	94,653		

From [min]	To [min]	6Sigma	PtoP	ASTM	Wander	Drift
1	1.6		99.37			-6162