Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-12-38-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	5
Data da Injeção:	2025-10-28 11:14:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-31 10:26:08-03:00		

TR:

1,115

Nome do Composto:

Cafeína




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Tipo	Largura [min]	Área	Altura	Área%	Nome
1,115	BV	0,3022	282,3082	84,5437	100,0000	Cafeína
		Soma	282,3082			

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-12-38-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	EDUV		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	5
Data da Injeção:	2025-10-28 11:14:11-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,115	282,3082	84,5437			
Soma	282,3082				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-17-15-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	Branco 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	2
Data da Injeção:	2025-10-28 11:18:44-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-21-50-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	PCIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	3
Data da Injeção:	2025-10-28 11:23:19-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,132	833,7233	251,2149			
Soma	833,7233				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-26-24-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	PCIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	3
Data da Injeção:	2025-10-28 11:28:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,116	829,3896	251,3606			
Soma	829,3896				

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-31-05-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	PCIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	3
Data da Injeção:	2025-10-28 11:32:38-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,116	828,8909	252,0883			
Soma	828,8909				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-35-42-03-00-06.dx		
Nome da amostra:	Branco 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	2
Data da Injeção:	2025-10-28 11:37:13-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-40-17-03-00-07.dx		
Nome da amostra:	PCIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	3
Data da Injeção:	2025-10-28 11:41:50-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,116	831,3704	258,3089			
Soma	831,3704				


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-44-54-03-00-08.dx		
Nome da amostra:	PCIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	3
Data da Injeção:	2025-10-28 11:46:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,117	828,7845	254,2681			
Soma	828,7845				

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-49-30-03-00-09.dx		
Nome da amostra:	PCIN 06		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	3
Data da Injeção:	2025-10-28 11:51:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,119	830,3205	254,9379			
Soma	830,3205				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-28 11-12-31-03-00.rslt\2025-10-28 11-54-07-03-00-10.dx		
Nome da amostra:	Branco 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	2
Data da Injeção:	2025-10-28 11:55:36-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-28 15:24:05-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 11-16-41-03-00-11.dx		
Nome da amostra:	LDUV 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	4
Data da Injeção:	2025-10-30 11:18:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 11-21-15-03-00-12.dx		
Nome da amostra:	LDUV 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	5
Data da Injeção:	2025-10-30 11:22:44-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,107	281,5030	86,8871			
Soma	281,5030				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 11-25-49-03-00-13.dx		
Nome da amostra:	LDUV 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	6
Data da Injeção:	2025-10-30 11:27:18-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,107	564,6193	175,0328			
Soma	564,6193				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 11-30-23-03-00-14.dx		
Nome da amostra:	LDUV 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	7
Data da Injeção:	2025-10-30 11:31:53-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,108	808,9290	249,9342			
Soma	808,9290				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 11-34-57-03-00-15.dx		
Nome da amostra:	LDUV 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	8
Data da Injeção:	2025-10-30 11:36:30-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,109	1104,2467	341,4254			
Soma	1104,2467				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 11-39-36-03-00-16.dx		
Nome da amostra:	RELB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	9
Data da Injeção:	2025-10-30 11:41:12-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	RELB.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=250,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,122	667,2755	202,3248		7896,74559	0,0256
Soma	667,2755				


Chromatograms

Display mode Separate



Chromatograms


Display mode Separate



Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies


Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 12-01-18-03-00-17.dx		
Nome da amostra:	LIIN 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	10
Data da Injeção:	2025-10-30 12:02:51-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	0,100
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,098	9,2575	2,7893			
Soma	9,2575				

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 12-05-57-03-00-18.dx		
Nome da amostra:	LIIN 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	10
Data da Injeção:	2025-10-30 12:07:26-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	5,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,106	411,6066	127,9465			
Soma	411,6066				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 12-10-31-03-00-19.dx		
Nome da amostra:	LIIN 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	10
Data da Injeção:	2025-10-30 12:12:00-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	10,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,112	820,9333	256,1293			
Soma	820,9333				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 12-15-04-03-00-20.dx		
Nome da amostra:	LIIN 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	10
Data da Injeção:	2025-10-30 12:16:39-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	15,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,119	1228,4072	379,1999			
Soma	1228,4072				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_01-2025-10-30 11-16-34-03-00.rslt\2025-10-30 12-19-43-03-00-21.dx		
Nome da amostra:	LIIN 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	10
Data da Injeção:	2025-10-30 12:21:20-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao.amx	**Volume de Injeção:**	20,000
Método de análise:	*3D UV Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-30 12:29:01-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off


RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
1,127	1635,5570	502,4997			
Soma	1635,5570				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_RID-2025-10-30 13-11-36-03-00.rslt\2025-10-30 13-11-44-03-00-01.dx		
Nome da amostra:	LDIR 01		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_RID	**Localização:**	11
Data da Injeção:	2025-10-30 13:13:03-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao RI.amx	**Volume de Injeção:**	2,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-31 10:18:34-03:00		






Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_RID-2025-10-30 13-11-36-03-00.rslt\2025-10-30 13-14-09-03-00-02.dx		
Nome da amostra:	LDIR 02		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_RID	**Localização:**	12
Data da Injeção:	2025-10-30 13:15:29-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao RI.amx	**Volume de Injeção:**	2,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-31 10:18:34-03:00		




Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
0,242	31336,6775	8629,6068			
Soma	31336,6775				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_RID-2025-10-30 13-11-36-03-00.rslt\2025-10-30 13-16-34-03-00-03.dx		
Nome da amostra:	LDIR 03		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_RID	**Localização:**	13
Data da Injeção:	2025-10-30 13:18:01-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao RI.amx	**Volume de Injeção:**	2,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-31 10:18:34-03:00		




Sinal: RID1A,Refractive Index Signal


RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
0,241	60386,0182	18427,6757			
Soma	60386,0182				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_RID-2025-10-30 13-11-36-03-00.rslt\2025-10-30 13-19-06-03-00-04.dx		
Nome da amostra:	LDIR 04		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_RID	**Localização:**	14
Data da Injeção:	2025-10-30 13:20:33-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao RI.amx	**Volume de Injeção:**	2,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-31 10:18:34-03:00		






Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
0,240	91251,5700	28419,4188			
Soma	91251,5700				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\LC_RID-2025-10-30 13-11-36-03-00.rslt\2025-10-30 13-21-39-03-00-05.dx		
Nome da amostra:	LDIR 05		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_RID	**Localização:**	15
Data da Injeção:	2025-10-30 13:23:02-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Qualificacao RI.amx	**Volume de Injeção:**	2,000
Método de análise:	*GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2025-10-31 10:18:34-03:00		




Sinal: RID1A,Refractive Index Signal

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
0,242	121457,7809	38335,9868			
Soma	121457,7809				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\Gradiente AB2025-10-30 13-47-48-03-00.sirslt\Gradiente AB2025-10-30 13-47-48-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente AB		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	91
Data da Injeção:	2025-10-30 13:48:10-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente AB.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-04-07 09:46:40-03:00		




Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
3,259	15152,9548	96,1206			
6,270	32753,3692	191,8973			
9,146	49206,6172	288,0169			
12,459	69463,8809	383,6646			
15,362	92273,0077	478,7780			
Soma	258849,8298				

Relatório de Injeção Única

Agilent Technologies

Arquivo de Dados:	D:\CDSProjects\install\Results\Gradiente CD2025-10-30 13-48-06-03-00.sirslt\Gradiente CD2025-10-30 13-48-06-03-00.dx		
Nome da amostra:	Gradiente CD		
Descrição:			
Quantidade de Amostra:	0,000	**Tipo de Amostra:**	Amostra
Instrumento:	LC_01	**Localização:**	91
Data da Injeção:	2025-10-30 14:08:32-03:00	**Injeção:**	1 de 1
Método de aquis.:	Gradiente CD.amx	**Volume de Injeção:**	0,000
Método de análise:	GC_LC Quantitative_DefaultMethod.pmx	**Operador de aquis.:**	QPackSA
Última alteração:	2022-04-07 09:46:40-03:00		



Sinal: DAD1A,Sig=273,4 Ref=off

RT [min]	Área	Altura	Nome	Sinal Ruído	Ruído
2,631	15398,0548	97,1675			
5,860	32715,4174	193,2232			
9,120	50293,9092	289,5090			
12,131	66826,1129	384,9218			
15,332	94516,7825	478,8737			
Soma	259750,2769				