CERTIFICADO DE QUALIFICAÇÃO Nº *502/20* **INÍCIO DA QUALIFICAÇÃO: *23/01/2020***

1. IDENTIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO QUALIFICADO

Nome do Equipamento	***HPLC JASCO***
Identificação ou TAG	***SEQF CG 05***
Fabricante	***JASCO***
Setor Instalado	***CONTROLE DE QUALIDADE***

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE

Empresa Contratante	***SANVAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA***
Endereço da Contratante	***RUA NICOLAU ALAYON, 441- SÃO PAULO -SP CEP: 04802-000***
Contato do Departamento	***JORGE RODRIGO DA SILVA***
Função	**GERENTE**

3. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR

Executado por	***LUCAS MINGUSSI***
Função	***TÉCNICO INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA***
Empresa	***JASCO DO BRASIL COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS LTDA***

4. PROCEDIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

Equipamento:	**INJETOR AUTOMÁTICO**
Modelo:	**AS-2055**
Número de Série:	**C152560877**
Fabricante:	**JASCO**

Este procedimento descreve e registra os itens necessários para uma correta instalação do equipamento acima relacionado.

Para prosseguir com o preenchimento correto, é necessário ter o manual do fabricante em mãos.

Requisitos do local de instalação

Requerimento	Especificação	Encontrado
Rede elétrica	127 ou 220 VAC ± 10%, 60 Hz	**117,1 VAC, 60 Hz**
Temperatura ambiente	15° a 40° C	**23,4 ºC**
Umidade	20 % to 90 % sem condensação	**54 %**
Espaço livre em bancada	De acordo com o manual do fabricante	**40 cm X 60 cm**

Itens para a instalação

Consulte a lista de itens de instalação no manual para verificar se todos os itens estão presentes para a instalação correta da unidade.

Todos os itens para a instalação estão presentes?	**Sim**
Comentários: **Não requerido**	