
Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo

Relatório zero



Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227

Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:17:51 GMT: 02/12/2024 13:17:51 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:18:57 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\01 Exatidão do Comprimento de Onda.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	650,0
parar (nm)	230,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227


Nome da amostra: 01 - Exatidão do Comprimento de Onda

Tempo de Coleta 02/12/2024 10:19:20

Tabela de picos

Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0100
Faixa	650,0nm para230,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
637,5	0,190
536,5	0,366
484,0	0,129
473,5	0,131
459,5	1,154
453,5	1,027
445,5	2,516
424,5	0,124
418,0	0,247
385,5	0,098
381,5	0,091
360,5	0,915
347,5	0,120
333,5	0,166
287,5	0,467
279,0	0,556
234,5	3,932
231,5	4,024

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo



Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:32:41 GMT: 02/12/2024 13:32:41 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:32:55 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	366,0
parar (nm)	356,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227

Nome da amostra: 01 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_01


Tempo de Coleta	02/12/2024 10:33:17

Tabela de picos

Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	366,0nm para356,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,935

X: 365,0061 Y: 0,7274464

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo



Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:32:41 GMT: 02/12/2024 13:32:41 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:32:55 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	366,0
parar (nm)	356,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227

Nome da amostra: 01 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_01

Tempo de Coleta	02/12/2024 10:33:17

Tabela de picos	
Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	366,0nm para356,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,935

X: 365,0061 Y: 0,7274464

Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:35:41 GMT: 02/12/2024 13:35:41 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:35:48 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_02.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	366,0
parar (nm)	356,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	


Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227

Nome da amostra: 02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_02

Tempo de Coleta	02/12/2024 10:35:54

Tabela de picos	
Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	366,0nm para356,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,922



Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:32:41 GMT: 02/12/2024 13:32:41 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:32:55 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	366,0
parar (nm)	356,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227

Nome da amostra: 01 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_01

Tempo de Coleta	02/12/2024 10:33:17

Tabela de picos	
Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	366,0nm para356,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,935

X: 365,0061 Y: 0,7274464

Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:35:41 GMT: 02/12/2024 13:35:41 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:35:48 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_02.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	366,0
parar (nm)	356,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227

Nome da amostra: 02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_02

Tempo de Coleta	02/12/2024 10:35:54

Tabela de picos	
Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	366,0nm para356,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,922

Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:36:49 GMT: 02/12/2024 13:36:49 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:36:55 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_03.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	366,0
parar (nm)	356,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (650,0 nm)
Zero	0,0227


Nome da amostra: 02 - Repetibilidade do Comprimento de Onda_03

Tempo de Coleta	02/12/2024 10:37:01

Tabela de picos	
Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	366,0nm para356,0nm
Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,928

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo

Relatório zero



Leitura	abs (370,0 nm)
Zero	0,0333

Relatório zero

Leitura	abs (370,0 nm)
Zero	0,0334

Relatório de análise de varredura

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:39:11 GMT: 02/12/2024 13:39:11 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Hora do relatório:	seg 02 dez 10:39:24 AM 2024
Método	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\03 - Resolução.BSW
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Início (nm)	370,0
parar (nm)	350,0
Modo X	Nanometros
Modo Y	abs
Taxa de varredura UV-Vis (nm(min)	60,00
Intervalo de dados UV-Vis (nm)	0,50
Tempo médio (seg) UV-Vis	0,5000
Modo do feixe	Duplo Feixe
Correção da linha de base	Desligado
Modo do ciclo	Desligado
Comentários	

Relatório zero

Leitura	abs (370,0 nm)
Zero	0,0334

Nome da amostra: 03 - Resolução

Tempo de Coleta	02/12/2024 10:39:46

Tabela de picos

Estilo pico	Picos
Limiar do pico	0,0010
Faixa	370,0nm para350,0nm

Comprimento de onda (nm)	abs
360,5	0,903
352,0	0,083

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo

Relatório de leituras simples

Tempo de coleta:	02/12/2024 10:42:41
Método:	
Versão do software:	5.1.3.1042
Instrumento :	Cary 60

Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:42:59 GMT: 02/12/2024 13:42:59 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	abs	nm
Zero	(0,0304)	440,0

Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:43:49 GMT: 02/12/2024 13:43:49 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	abs	nm
1	0,3329	440,0
2	1,0735	440,0
3	0,5079	440,0

Report Saved to DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\04 - Exatidão Fotométrica_G1.BSR

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo

Relatório de leituras simples

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:50:14 GMT: 02/12/2024 13:50:14 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Tempo de coleta:	02/12/2024 10:50:49
Método:	
Versão do software:	5.1.3.1042
Instrumento :	Cary 60

Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:50:57 GMT: 02/12/2024 13:50:57 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	abs	nm
1	0,8165	361,0
2	0,8175	361,0
3	0,8171	361,0

Report Saved to DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\05 - Repetibilidade Fotométrica_03.BSR

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo

Relatório de leituras simples

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:50:50 GMT: 02/12/2024 13:50:50 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Tempo de coleta:	02/12/2024 10:52:15
Método:	
Versão do software:	5.1.3.1042
Instrumento :	Cary 60

Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:52:49 GMT: 02/12/2024 13:52:49 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	abs	nm
Zero	(0,0304)	440,0


Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 10:53:24 GMT: 02/12/2024 13:53:24 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	abs	nm
1	0,3380	440,0
2	1,0762	440,0
3	0,5078	440,0

Report Saved to DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\06 - Linearidade Fotométrica_01.BSR

Varian
21
CFR
Parte
11
pacot
e ativo



Relatório de Cinética

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 12:01:41 GMT: 02/12/2024 15:01:41 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214


Tempo de Coleta:	seg 02 dez 12:01:53 PM 2024
Método:	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\07 - Estabilidade da Linha de Base_03.BKN
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Comprimento de onda (nm)	250,0
Modo ordenado	abs
Tempo médio (seg)	900,0000
Tempo do ciclo (min_	0,00
Tempo de parada (min)	15,00
Número de amostras	1
Opções de Visualização	Dado individual

Formulário de Dados do Usuário

Varian
21
CFR
Parte
11
pacote
ativo



Relatório de varredura cinética

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 11:28:42 GMT: 02/12/2024 14:28:42 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Tempo de Coleta:	seg 02 dez 11:30:25 AM 2024
Método:	
Batelada:	DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\08 - Uniformidade da Linha de Base.BSK
Versão do software:	5.1.3.1042
Operador:	Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida (Amanda Almeida)

Parâmetros do Instrumento

Instrumento	Cary 60
Versão do instrumento	2,00
Modo ordenado	abs
Tempo médio (seg)	0,0125
Tempo do ciclo (min_	0,5
Tempo final (min)	1,0
Iniciar comprimento de onda (nm)	1000,00
Parar comprimento de onda (nm)	200,00
Taxa de varredura (nm/min)	4800,000
Intervalo de dados (nm)	1,00
Modo do feixe	Automático
Seleção de linha de base	Nenhum

Relatório zero

Leitura	abs (1000,0 nm)
Zero	0,0074

Varian 21 CFR Parte 11 pacote ativo

Relatório de leituras simples

Tempo de coleta:	02/12/2024 12:52:04
Método:	
Versão do software:	5.1.3.1042
Instrumento :	Cary 60

Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 12:52:36 GMT: 02/12/2024 15:52:36 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	%T	nm
Zero	(92,134)	360,0

Tempo médio (seg)	1,0000

no DESKTOP-HN3CUAF a Local time:02/12/2024 12:54:01 GMT: 02/12/2024 15:54:01 por Controle de Qualidade\Controle de Qualidade\Amanda_almeida = Amanda Almeida ;Número de sérieG6860A MY23399214

Leitura	%T	nm
1	0,007	360,0

Report Saved to DESKTOP-HN3CUAF\SQLEXPRESS|VAIMDB_Controle de Qualidade(000)|Instrument Test Performace\2024\09 - Stray Light.BSR