ANATEL
Analisador de TOC
Modelo PAT700NR Nº DE SÉRIE 4819
Nome analisador: PAT700SN4817

Calibração do TOC
Aprovado em 20/12/2023 10:57:05

Analisar	Replica	Média
Vazio	034 026 031	030 ppb
250 pdr	276 275 286	279 ppb
500 pdr	532 525 520	526 ppb
750 pdr	773 773 775	774 ppb

Analisar	ID lote	Data Vencim
Vazio	0	23/12/2023
250 pdr	0	23/12/2023
500 pdr	0	23/12/2023
750 pdr	0	23/12/2023

Antiga inclinação = 0,9773
Nova inclinação = 0,9907
R quadrado = 0,9998
Calibração aceita

CRC: 0x5CD4

ANATEL
Analisador de TOC
Modelo PAT700NR Nº DE SÉRIE 4819
Nome analisador: PAT700SN4817

Validação do TOC
Aprovado em 20/12/2023 13:22:15

Analisar	Replica	Média
Vazio	030 037 043	037 ppb
500 pdr	497 497 494	496 ppb

Analisar	ID lote	Data Vencim
Vazio	0	23/12/2023
500 pdr	0	23/12/2023

Resposta padrão 500 ppb = 459 ppb
Desvio padrão 500 ppb = -8,2%

Limite de desvio = 15%
Validação aceita

CRC: 0x60FE

ANATEL
Analisador de TOC
Modelo PAT700NR Nº DE SÉRIE 4819
Nome analisador: PAT700SN4817

Calibração da condutividade
Aprovado em 20/12/2023 14:17:57

Analisar	Replica	Média
100,0 µS	99,1 97,7 97,9	98,2 µS

Analisar	ID lote	Data Vencim
100 µS pdr	0	23/12/2023

Resistor - Resultado medição = N/D
Antiga inclinação = 0,9074
Alteração da inclinação = 12,2217%
Calibração aceita

CRC: 0x1A7F

ANATEL
Analisador de TOC
Modelo PAT700NR Nº DE SÉRIE 4819
Nome analisador: PAT700SN4817

Teste de Adequação do Sistema
Aprovado em 20/12/2023 14:26:51

Analisar	Replica	Média
rW	025 022 021	023 ppb
500 rS	536 589 560	562 ppb
500 rSS	538 544 535	539 ppb

Analisar	ID lote	Data Vencim
Vazio	0	23/12/2023
500 pdr S	0	23/12/2023
500 pdr B	0	23/12/2023

Resposta de limite (rS-rW): 539 ppb
Resposta de adequação (rS-rW): 516 ppb
Eficiência da resposta: 96%
Limite da eficiência: 85% a 115%

CRC: 0x7656