
Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - EDUV

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\OQ_2024\HPL15005.rslt\HPL15_EDUV_001.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 18/12/2024 14:39:39 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:59:20 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL15 Amostra: EDUV
Vial: 1 Volume: 10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,780	3574107	0,000


Totais		3574107	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - Branco_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_Branco_01_002.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:10:25 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:13:47 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	Branco_01
Vial:	2	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,727	8965	0,000
	0,907	132	0,000
Totais		9097	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - PCIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_PCIN_01_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:12:25 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:14:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	PCIN_01
Vial:	3	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,733	1624662	0,000


Totais		1624662	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - PCIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_PCIN_02_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:14:27 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:14:18 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	PCIN_02
Vial:	3	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,740	1609158	0,000


Totais		1609158	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - PCIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_PCIN_03_005.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:16:24 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:14:49 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	PCIN_03
Vial:	3	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,747	1617576	0,000


Totais		1617576	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - Branco_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_Branco_02_006.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:18:26 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:15:02 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	Branco_02
Vial:	2	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,760	10362	0,000


Totais		10362	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - PCIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_PCIN_04_007.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:20:24 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:15:16 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	PCIN_04
Vial:	3	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,753	1589397	0,000


Totais		1589397	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - PCIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_PCIN_05_008.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:22:25 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:16:02 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	PCIN_05
Vial:	3	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,767	1579387	0,000


Totais		1579387	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - PCIN_06

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_PCIN_06_009.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:24:22 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:16:19 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	PCIN_06
Vial:	3	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,760	1576309	0,000


Totais		1576309	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - Branco_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_Branco_03_010.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:26:22 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:16:51 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	Branco_03
Vial:	2	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,773	5037	0,000


Totais		5037	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LDUV_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LDUV_01_011.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:28:25 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:18:33 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LDUV_01
Vial:	4	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,780	899	0,000

Totais		899	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LDUV_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LDUV_02_012.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:30:23 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:18:50 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TAG: HPL15 Amostra: LDUV_02
Vial: 5 Volume: 10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,773	535271	0,000


Totais		535271	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LDUV_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LDUV_03_013.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:32:23 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:19:09 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LDUV_03
Vial:	6	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,787	1106131	0,000


Totais		1106131	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LDUV_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LDUV_04_014.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:34:22 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:19:27 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LDUV_04
Vial:	7	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,793	1641173	0,000


Totais		1641173	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LDUV_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-02-11 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LDUV_05_015.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 17/12/2024 16:36:22 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:19:45 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LDUV_05
Vial:	8	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,800	2225635	0,000


Totais		2225635	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - RELB


Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-20-18 (GMT -03-00).rslt\HPL15_RELB_016.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\RELB.met
Adquirido: 18/12/2024 10:02:10 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:33:39 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1


TAG:	HPL15	Amostra:	RELB
Vial:	10	Volume:	20 µL




ALTURA DO PICO



RUÍDO



ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE



Channel A

Resultados DAD: Sinal A,
250 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,813	1429555	0,000


Totais		1429555	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LIIN_01

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-20-18 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LIIN_01_017.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 18/12/2024 10:22:41 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:34:48 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LIIN_01
Vial:	9	Volume:	0 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LIIN_02

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-20-18 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LIIN_02_018.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 18/12/2024 10:24:42 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:35:43 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LIIN_02
Vial:	9	Volume:	5 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,800	825264	0,000


Totais		825264	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LIIN_03

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-20-18 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LIIN_03_019.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 18/12/2024 10:26:45 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:36:04 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LIIN_03
Vial:	9	Volume:	10 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,807	1653684	0,000


Totais		1653684	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LIIN_04

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-20-18 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LIIN_04_020.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 18/12/2024 10:28:45 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:37:15 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LIIN_04
Vial:	9	Volume:	15 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,807	2483899	0,000


Totais		2483899	0,000

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - LIIN_05

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 14-20-18 (GMT -03-00).rslt\HPL15_LIIN_05_021.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\Qualificação.met
Adquirido: 18/12/2024 10:30:51 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:37:45 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1

TAG:	HPL15	Amostra:	LIIN_05
Vial:	9	Volume:	20 µ



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm


Name	Time	Area	Amount
Cafeína	0,813	3306461	0,000

Totais		3306461	0,000

Relatório Padrão Externo Horizontal

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15 (Off-line).41 2024-12-18 14-40-37 (GMT -03-00).rslt\HPL15_Gradiente AB_003.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD AB.met
Adquirido: 18/12/2024 11:38:06 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 14:57:20 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1



Channel A


Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Altura
	1,473	4168045	58013
	1,907	2689973	57788
	2,587	2219697	57551
20%	3,253	455531	56971
	4,413	7761080	110827
	4,793	5899915	110445
	5,987	4082374	110010
40%	6,273	1137873	109525
	7,720	15407944	163629
	8,140	4111129	163409
	8,640	5019190	163034
60%	9,280	4038117	162904
	10,307	15561074	216704
	11,140	15318304	216595
80%	12,267	7172789	216059
	13,713	24883583	271840
	14,280	11834003	271716
	14,693	6726358	271354
100%	15,020	4446123	271049
	16,180	4600687	1936
	16,860	36760	1175
Totais		147570549	3062534

Teste de Qualificação do HPLC HPL15 - Gradiente AB

Arquivo de Dados: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Result\HPL15.41 2024-12-18 15-03-41 (GMT -03-00).rslt\HPL15_Gradiente AB_004.dat
Método: C:\Enterprise\Projects\Qualificação\Method\GRAD CD.met
Adquirido: 18/12/2024 11:56:36 (GMT -03:00)
Impresso: 18/12/2024 15:14:38 (GMT -03:00)

Qtde Amostra: 1
Multiplicador: 1
TA: HPL15 Amostra: Gradiente AB
Vial: 2 Volume: 0 µL



Channel A

Resultados DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:4 nm

Name	Time	Area	Altura
	1,180	3968730	**60328**
	1,913	1525584	**59838**
	2,513	2400070	**59635**
20%	2,733	47367	**59216**
	4,193	9202660	**112523**
	4,660	4397044	**112549**
40%	5,327	1432834	**112025**
	5,973	6902448	**130332**
	7,180	14596010	**165618**
	7,967	3298674	**165099**
	8,393	7447271	**165090**
60%	9,107	1842520	**164569**
	10,627	25155447	**218162**
	11,273	5138183	**217884**
80%	12,093	7218283	**217408**
	14,080	34599179	**272189**
100%	14,953	20087666	**271817**
	16,633	20493	**1463**
	17,047	33228	**1006**
Totais		149313691	**2566751**