
Certificado Nº: 554/24 -RELB	Início da Qualificação:17/12/2024	Página 1 de 3	

Resultado obtido na altura do pico


	ALTURA DO PICO (mAU)
Resultado:	202,8890



Certificado Nº: 554/24-RELB	Início da Qualificação: 17/12/2024	Página 2 de 3

Resultado obtido no teste de sinal/ruído

Resultado:	Ruído (mAU)
VALOR MÁXIMO:	0,2200
VALOR MÍNIMO:	0,1990
	Ruído
	0,0210



Certificado Nº: 554/24-RELB	Início da Qualificação: 17/12/2024	Página 3 de 3

Resultado obtido no teste estabilidade da linha de base

Estabilidade da Linha de Base	Diferença 20 min	Diferença 60 min
VALOR MÁXIMO:	0,6500	1,8300
VALOR MÍNIMO:	0,0400	
Resultado:	0,6100	

