
Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\EDUV 001A.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 12:12:11
Impressão: 23/8/2019 14:17:01



1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	2,293	2314623	0,000
Totais			2314623	0,000


Representação
Gráfica de Espectro
Máx Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*

PDA-273 nm
Resultados

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\BR PCIN 001.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:02:25
Impressão: 23/8/2019 14:45:21




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
	Cafeina			0,000 BDL

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 001.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:09:12
Impressão: 23/8/2019 14:45:53




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,113	2159256	0,000

Totais			2159256	0,000

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 002.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:16:03
Impressão: 23/8/2019 14:46:10




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,113	2148728	0,000

Totais			2148728	0,000

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 003.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:22:52
Impressão: 23/8/2019 14:46:28




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,127	2150937	0,000

Totais			2150937	0,000

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\BR PCIN 002.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:29:44
Impressão: 23/8/2019 14:47:21




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
	Cafeina			0,000 BDL

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 004.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:36:31
Impressão: 23/8/2019 14:47:36




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,160	2153984	0,000

Totais			2153984	0,000

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 005.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:43:19
Impressão: 23/8/2019 14:47:49




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,120	2141935	0,000

Totais			2141935	0,000

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 006.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:50:06
Impressão: 23/8/2019 14:48:04




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,133	2146724	0,000

Totais			2146724	0,000

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\BR PCIN 003.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 13:56:58
Impressão: 23/8/2019 14:48:17



1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
	Cafeina			0,000 BDL

Totais				

Relatório de Adequação do Sistema

Sequência : C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Sequence\Qualificação 2019.seq
Usuário : Jasco
Impressão : 23/8/2019 14:51:19

ID da Amostra	Nome de Arquivo dos Dados
PCIN 001	C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 001.dat
PCIN 002	C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 002.dat
PCIN 003	C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 003.dat
PCIN 004	C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 004.dat
PCIN 005	C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 005.dat
PCIN 006	C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\PCIN 006.dat


Sistema é Apropriado

1: 273 nm, 4 nm	Composto	Parâmetro	Mínimo	Máximo	%RSD
	Cafeina	área			2

ID da Amostra	Composto	Parâmetro	Média	Baixo	Alto	%RSD	Status
	Cafeina	área	2150261	2141935	2159256	0,279	
PCIN 001		2159256					Aprovado
PCIN 002		2148728					Aprovado
PCIN 003		2150937					Aprovado
PCIN 004		2153984					Aprovado
PCIN 005		2141935					Aprovado
PCIN 006		2146724					Aprovado

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LDUV 001.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 14:03:52
Impressão: 23/8/2019 15:27:41




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
	Cafeina			0,000 BDL

Totais				

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LDUV 002.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 14:10:41
Impressão: 23/8/2019 15:27:52




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,147	698047	0,498 CAL

Totais			698047	0,498 CAL

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LDUV 003.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 14:17:33
Impressão: 23/8/2019 15:28:05




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,120	1387765	1,005 CAL

Totais			1387765	1,005 CAL

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LDUV 004.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 14:24:27
Impressão: 23/8/2019 15:28:16




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,113	2060845	1,506 CAL

Totais			2060845	1,506 CAL

Relatório de Padrão Externo

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação 2019.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LDUV 005.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 23/8/2019 14:31:13
Impressão: 23/8/2019 15:28:29




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	3,127	2748177	1,988 CAL

Totais			2748177	1,988 CAL

Relatório de Normalização

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LIIN\LIIN 1.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 27/8/2019 10:37:26
Impressão: 27/8/2019 10:59:06




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
	Cafeina			0,000 BDL

Totais				

Relatório de Normalização

Método: **C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação.met**
Arquivo: **C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LIIN\LIIN 2**
Usuário: **Jasco**
Aquisição: **27/8/2019 10:42:42**
Impressão: **27/8/2019 11:00:00**




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	1,920	1458142	0,000

Totais			1458142	0,000

Relatório de Normalização

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LIIN\LIIN 3
Usuário: Jasco
Aquisição: 27/8/2019 10:47:59
Impressão: 27/8/2019 11:00:33




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	1,893	2888246	0,000

Totais			2888246	0,000

Relatório de Normalização

Método: **C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação.met**
Arquivo: **C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LIIN\LIIN 4**
Usuário: **Jasco**
Aquisição: **27/8/2019 10:53:19**
Impressão: **27/8/2019 11:01:06**




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	1,853	4283019	0,000

Totais			4283019	0,000

Relatório de Normalização

Método: **C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\Qualificação.met**
Arquivo: **C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\LIIN\LIIN 5**
Usuário: **Jasco**
Aquisição: **27/8/2019 10:58:43**
Impressão: **27/8/2019 11:03:46**




1: 273 nm, 4 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Área*	*Concentração*
1	Cafeina	1,813	5618428	0,000
Totais			5618428	0,000

Relatório de Normalização

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\GRAD_AB.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\GRAD_AB\Grad AB 001.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 27/8/2019 11:10:34
Impressão: 27/8/2019 12:10:42




DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Altura*	*Concentração*
1	20 %	3,995	106264	0,000
2	40 %	6,107	212298	0,000
3	60 %	9,703	321077	0,000
4	80 %	12,427	426910	0,000
6	100 %	16,220	533380	0,000

Totais			1599929	0,000

Relatório de Normalização

Método: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Method\GRAD_CD.met
Arquivo: C:\EZChrom Elite\Enterprise\Projects\Default\Data\Qualificação 2019\GRAD_CD\Grad CD 001.dat
Usuário: Jasco
Aquisição: 27/8/2019 11:40:01
Impressão: 27/8/2019 12:44:29



DAD: Sinal A, 273 nm/Lb:100 nm
Resultados

Pico #	*Nome*	*Tempo de retenção*	*Altura*	*Concentração*
1	20 %	3,597	107547	0,000
2	40 %	6,335	214446	0,000
3	60 %	9,420	321212	0,000
4	80 %	11,738	427353	0,000
5	100 %	15,458	534441	0,000

Totais			1604999	0,000