JASCO BRASIL

OS (Ordem de Serviço) Nº. 643/18

Cliente: EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		Tel.: 61 3878-9909	Data chamado: 02/08/2018
Endereço: Q SAA QUADRA 03, 665		Bairro: Z INDUSTRIAL	CEP: 70632-300
Cidade: BRASILIA	UF: DF	CNPJ: 06.234.797/0001-78	Insc..Est.: 0745513300192
Contato: Ronaldo Farias		Depto: Garantia da Qualidade	Cargo: Gerente

Técnico responsável pelo serviço: Jander Maciel

Supervisor responsável: Danilo Melo

Equipamento: HPLC JASCO Nº S 2000	ID/TAG: HPLC-01		
Módulo: PU-2089	N/S: B08160865		
Módulo: UV-2070	N/S: B040860867		
Módulo: XLC-3087CO	N/S: A00116108S		
Módulo: AS-2059	N/S: B032660876		
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		
Módulo:	N/S:		

Tipo de Serviço

Avulso ☐ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: ____

Interno ☐ **RIR nº.** ____ Externo ☐

Manutenção Prev. ☐ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☒ Treinamento ☒ Transferência ☐

Relato feito pelo cliente: SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA HPLC JASCO MODELO 2000.

Diagnóstico detectado/o que precisa: EQUIPAMENTO INSTALADO EM NOBREAK ATNUM AT2200Bi - SAÍDA 115 VAC (MEDIÇÃO LOCAL 111 V).

Serviços executados: - FOI EXECUTADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO HPLC JASCO SÉRIE 2000.
- FOI REALIZADO O SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO E OS RESULTADOS ENCONTRADOS FORAM SATISFATÓRIOS. EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE LIBERADO PARA O USO.
- FOI REALIZADO O TREINAMENTO BÁSICO OPERACIONAL DO SISTEMA HPLC E SOFTWARE CHROMNAV CFR VERS. 2.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
06/08	10:00	17:00	06:00	
07/08	08:00	18:00	08:00	
08/08	08:00	18:00	08:00	
09/08	08:00	18:00	08:00	
10/08	08:00	17:00	08:00	

VISTO DO TÉCNICO:

DATA: 10/08/18

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Gisela Cury Chaves Alvarenga	Farmacêutica Responsável Técnica	Gisela C. C. Alvarenga