OS (Ordem de Serviço) Nº. 663/18

Cliente: DLA PHARMACEUTICAL LTDA		Tel.: 17 3531-2319	Data chamado: 15 / 08 /2018
Endereço: R IGARAPAVA, 436		Bairro: JARDIM ALPINO	CEP: 15810-255
Cidade: CATANDUVA	UF: SP	CNPJ: 45.841.137/0001-07	Insc..Est.: 260.045.624.119
Contato: Camila Vizentini Silva		Depto: Controle de Qualidade - Físico Químico	Cargo: Supervisora

Técnico responsável pelo serviço: Lucas Mingussi

Supervisor responsável: Danilo Mello

Equipamento:	ID/TAG:
HPLC-XLC-JASCO	SCQ1HP03
Módulo: XLC3185-PU	N/S: A0141161237
Módulo: XLC3185-PU	N/S: A0144161237
Módulo: XLC3159-AS	N/S: A0123161276
Módulo: XLC3167-CO	N/S: A0032161509
Módulo: XLC3075-UV	N/S: A0035561089
Módulo: XLC3120-FP	N/S: B0079161214
Módulo:	N/S:

Tipo de Serviço

Avulso ☒ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: ____

Interno ☐ **RIR nº.** _____ Externo ☒

Manutenção Prev. ☒ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☐ Treinamento ☐ Transferência ☐

Relato feito pelo cliente: Solicitação de Manutenção Preventiva e Qualificação

Diagnóstico detectado/o que precisa: Execução de Manutenção Preventiva com Limpeza Interna e Externa do equipamento.

Serviços executados: Limpeza Interna e Externa; Troca das peças descritas Abaixo:

Qualificação do equipamento.

Todos os testes foram Aprovados e o Equipamento esta Liberado para Uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
16/8/18	09:30	19:30	10:00	5:00
17/8/18	07:30	15:30	8:00	5:00

VISTO DO TÉCNICO:

DATA: 17/08/18

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N
02	Check Valve	
04	Selos de Pistão	
04	Diafragmas	
02	Filtros de Saída	
01	Rotor Seal	
01	Selo Rot. 3 Vias	
01	Lâmpada	
01	Selo Micro Bomba	

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Camila Vizentini Silva	Supervisora CQ	Camila Vizentini

OS (Ordem de Serviço) Nº. 663/18

Nome Completo	Cargo	Assinatura

Materiais utilizados durante o serviço								
PADRÕES								
Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote
061C1814	031C1814	051F1818	081F1819	071F1818				
EQUIPAMENTOS								
ATR 01☐	FD 03☐	MD 01☐	PO 01☐	RC 08☐	TD 07☐			
CD 01☐	FD 04☐	MD 02☐	PO 02☐	RC 09☐	TH 01☐			
CD 02☐	FD 05☐	MD 03☐	RC 01☐	RC 10☐	TH 02☐			
CD 03☐	FT-IR 01☐	MD 04☐	RC 02☐	TD 01☐	UV 01☐			
CR 01☐	GP 01☐	MD 05☐	RC 03☐	TD 02☐	Outros:			
CR 02☐	HG 01☐	MD 06☐	RC 04☐	TD 03☐				
CR 03☐	LD 01☐	MC 01☐	RC 05☐	TD 04☐				
FD 01☒	MC 01☐	MC 08☐	RC 06☐	TD 05☒				
FD 02☐	MC 08☐	MN 01☐	RC 07☐	TD 06☐				
Observações:								

Preenchido por	17/8/18