JASCO BRASIL

OS (Ordem de Serviço) Nº. 671/18

Cliente: DLA PHARMACEUTICAL LTDA		Tel.: 17 3531-2319	Data chamado: 17/08/2018
Endereço: R IGARAPAVA, 436		Bairro: JARDIM ALPINO	CEP: 15810-255
Cidade: CATANDUVA	UF: SP	CNPJ: 45.841.137/0001-07	Insc. Est.: 260.045.624.119
Contato: Camila Vizentini Silva		Depto: Controle de Qualidade - Físico Químico	Cargo: Supervisora

Técnico responsável pelo serviço: Danilo Mello

Supervisor responsável: Danilo Mello

Equipamento: HPLC Jasco	ID/TAG: HPO1	Tipo de Serviço
Módulo: DG-1580-54	N/S: B0183607 71	Avulso ☒ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: ____
Módulo: LG-1580-04	N/S: A0182607 76	Interno ☐ RIR nº. _____ Externo ☒
Módulo: PU-1580	N/S: B2333606 77	Manutenção Prev ☒ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☐ Treinamento ☐ Transferência ☐
Módulo: AS-1555	N/S: A0414606 89	
Módulo: CO-1560	N/S: D0453606 95	
Módulo: UV-1575	N/S: A1145606 81	
Módulo: LC Net II/ADC	N/S: B0869606 83	

Relato feito pelo cliente: FP-1520 | N/S: B086960683

Manutenção Preventiva e Qualificação Periódica

Diagnóstico detectado/o que precisa:

Ventilador do forno com muito ruído.

Serviços executados:

Foi realizado a manutenção preventiva com limpeza interna e externa e substituição das peças abaixo descritas

Foi realizado a qualificação periódica conforme o protocolo de qualificação Nº 671/18 na qual todos os testes apresentaram resultados satisfatórios.

Observamos que o ventilador interno do forno de colunas está fazendo muito barulho. Sugerimos a substituição do mesmo.

O equipamento está liberado para o uso.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
23/08	09:00	17:30		04
24/08	09:00	17:00		04

VISTO DO TÉCNICO: Danilo.

DATA: 24/08/2018

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N
01	Lâmpada de deutério	
02	Selos de pistão	
02	diafragmas	
01	Filtro de saída da bomba	
02	Válvulas (01 Entrada e 01 Saída)	
02	Pistões de cerâmica	
01	Selo rotatório	
01	Tip e filtro da seringa	

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Camila Vizentini	Supervisora CQFQ	camilavizentini