JASCO BRASIL

OS (Ordem de Serviço) Nº. 756/17

Cliente: DFL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		Tel.: 21 3528-6773	Data chamado: 07/02/2018
Endereço: EST GUERENGUÊ, 2.059		Bairro: JACAREPAGUÁ	CEP: 22713-001
Cidade: RIO DE JANEIRO	UF: RJ	CNPJ: 33.112.665/0001-46	Insc.Est.: 81570833
Contato: Debora Machado		Depto: Validação Analítica	Cargo: Analista

Técnico responsável pelo serviço: Jander Maciel

Supervisor responsável: Danilo Melo

Equipamento:	RHPLC JASCO	ID/TAG:	CMT-004
Módulo:	MD-4010	N/S:	A02516165
Módulo:	CO-4061	N/S:	A01876168
Módulo:	AS-4150	N/S:	A01986167
Módulo:	PU-4180	N/S:	B09496169
Módulo:	LC-NET II/ADC	N/S:	A10846186
Módulo:		N/S:	
Módulo:		N/S:	

Tipo de Serviço

Avulso ☐ Contrato ☐ Garantia ☐ Retrabalho ☐ Ref. à OS nº: ____

Interno ☐ **RIR nº.** ____ Externo ☒

Manutenção Prev. ☐ Manutenção Corre. ☐ Qualificação ☒ Instalação ☒ Treinamento ☐ Transferência ☐

Relato feito pelo cliente: SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO E QUALIFICAÇÃO.

Diagnóstico detectado/o que precisa: FINALIZADA A INFRAESTRUTURA PELO CLIENTE EM 25/01/2018.

Serviços executados: - FOI FINALIZADO O PROCESSO DE INSTALAÇÃO DO RHPLC JASCO SÉRIE 4000 DE FORMA SATISFATÓRIA. FOI INSTALADO O SOFTWARE CHROMNAV CFR VERSÃO 2.02-05 PARA GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO. FORAM REALIZADOS TESTES DE COMUNICAÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS EM 25/01/2018.

- FOI EXECUTADO SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO CONFORME O PROTOCOLO E RESULTADOS FORAM SATISFATÓRIOS.

- EQUIPAMENTO LIBERADO PARA O USO.

TEMPO GASTO NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DATA	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE HORAS DE SERVIÇO	HORAS DE DESLOCAMENTO
25/01	08:00	17:00	08:00	02:00
06/02	08:00	17:00	08:00	02:00

PEÇAS UTILIZADAS NO SERVIÇO

QTD.	DESCRIÇÃO	P/N

VISTO DO TÉCNICO: [signature]

DATA: 06/02/2018

CONFIRMAMOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ACIMA.

(Este campo não requer preenchimento quando o serviço for realizado nas instalações da VERDE)

Nome Completo	Cargo	Assinatura
Debora Machado Pereira	An. Validação de Métodos	[signature]

JASCO BRASIL

OS (Ordem de Serviço) Nº. 756/17

Materiais utilizados durante o serviço								
PADRÕES								
Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote	Padrão lote
031K1716	051K1716	061K1716	071K1716	081K1716	—	—	—	—
EQUIPAMENTOS								
ATR 01☐	FD 03☐	MD 01☐	PO 01☐	RC 08☐	TD 07☐			
CD 01☐	FD 04☐	MD 02☐	PO 02☐	RC 09☐	TH 01☐			
CD 02☐	FD 05☑	MD 03☐	RC 01☐	RC 10☐	TH 02☐			
CD 03☐	FT-IR 01☐	MD 04☐	RC 02☐	TD 01☐	UV 01☐			
CR 01☐	GP 01☐	MD 05☐	RC 03☐	TD 02☐	Outros:			
CR 02☐	HG 01☐	MD 06☐	RC 04☐	TD 03☐				
CR 03☐	LD 01☐	MC 01☐	RC 05☐	TD 04☐				
FD 01☐	MC 01☐	MC 08☐	RC 06☐	TD 05☐				
FD 02☐	MC 08☐	MN 01☐	RC 07☐	TD 06☑				
Observações:								

JANSEN MACIEL Preenchido por	06/02/2018